

## MY-LINE MINI MERKMALE

- Vielseitig, zuverlässig und sicher für den einfachen täglichen Betrieb
- Optimiert, Reinigung und Wartung durch vollständige Zugänglichkeit
- Eine anpassungsfähige Maschine, die Ihnen mehr



CERTIFICAT D'ETALONNAGE ET CONSTAT DE VERIFICATION

N° 1 32315

N° Inscr. client : SANS Type : MD15-CL1-G14-1+0BAR Client :  
 Ref : 0000541760 Designation : MANO DIGITAL LOGO MASSILLY N° Cde client : 26242F  
 N° Série : 2332004 Plage de mesure : -1+0 B. L. N° : P251531

Conditions de mesure : 20 °C Résolution : 0,1 Classe / EMT Valeur maximale concernée (unité instr.) Unse  
 Milieu de la mesure : Local Unité : bar 1 1,0 %  
 Procédure utilisée : F0005

Date dernier étal. : 19/10/2022 N° Certificat : CEC F200026 N° : 1

Prise en compte des incertitudes	Correction des Erreurs de justesse des étalons	Commentaire	N° Etalon utilisé
Conforme	Conforme	Surveiller la dérive entre 2 étalonnages	1
Conforme	Conforme	Surveiller la dérive entre 2 étalonnages	1
Conforme	Conforme	Surveiller la dérive entre 2 étalonnages	1
Conforme	Conforme	Surveiller la dérive entre 2 étalonnages	1
Conforme	Conforme	Surveiller la dérive entre 2 étalonnages	1

Date :  
 Date prochain étalonnage :  
 Visa responsable laboratoire :  


Page 1/1

## SPEZIFIKATIONEN

- Messgenauigkeit  $\pm 1,0\%$  EM
- Maßeinheiten: bar, mbar, psi, kPa, MPa, Kgf/cm<sup>2</sup>
- Abtastrate: 2 pro Sekunde
- Anzeige: 4 Ziffern 12 mm
- Stromversorgung: 2 AAA-Batterien, im Lieferumfang enthalten
- Autonomie: 1 Jahr
- Anzeige des Batteriestandes
- Betrieb: -10...+70 °C/Kompensation: 0...+60 °C
- Gewicht: 260 g



FABRIQUÉ EN FRANCE



recycles forever

Avenue Tour de Loyre | Rue du Conillot  
 19360 MALEMORT | 50400 GRANVILLE  
 Tél. : +33 (0)5 55 23 30 96 | Tél. : +33 (0)2 33 50 23 90  
 Email : malemort@massilly.com | Email : granville@massilly.com

www.massilly-services.com